

Czarna Dąbrówka, 10.03.2021 r.

Zamawiający: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce**

Adres: **77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5**

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowanie „Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego”, ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/RPO.

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści opisu przedmiotu zamówienia, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Opis przedmiotu zamówienia Poz. nr **13 koncentrator tlenu**

W związku z tym, że na wyposażeniu dodatkowym zamawiający wymaga kaniuli do nebulizacji, czy koncentrator ma być wyposażony w nebulizator?
(nie jest on wymieniony w opisie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że koncentrator tlenu ma być wyposażony w nebulizator. Zamawiający wymaga aby koncentrator tlenu mógł w pełni wykorzystywać podane dodatkowe wyposażenie w związku z tym musi być wyposażony w nebulizator.

Pytanie:

Zwracamy się z pytaniem do opisu przedmiotu zamówienia, pozycja nr 9 balkonik. Czy dopuścicie Państwo balkonik o parametrach identycznych jak w opisie przedmiotu zamówienia, o regulacji wysokości w zakresie 78-96 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza balkonik o regulacji w zakresie 78-96 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z opisem.

Otrzymują:

- wykonawcy składający zapytania
- www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
- www.bip.czarnadabrowka.pl
- UG/ad acta.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnej Dąbrówce
mgr Ewa Dulewicz